

Bij de LARS-registratie van de audiometrie zijn er 2 soorten 'onbetrouwbaar', wat is het verschil?

Audiometrie

Meting

Niet onderzocht

Protocol 30 dB (1ste lj) Meting rechts 1000Hz * P3 **Meting links 1000Hz * O1** Meting rechts 4000Hz * P2 Meting links 4000Hz * P3

Omstandigheden en indrukken

Onbetrouwbaar Gekende gehoorafwijking Re Gekende gehoorafwijking Li Gehoorhulpmiddel(en) (Li en/of Re)

Conclusie **Onbetrouwbaar** Otoscopie **Kies er een**

Beleid

Aangepast beleid

Type beleid **Doorverwijzing** Datum opvolging **Kies er een** Externe persoon **Kies er een**

Advies

1. **O1** in de dropdown lijst wordt aangevinkt, wanneer het kind ogenschijnlijk goed meewerkt, de opdracht heeft begrepen maar in het protocol op 'Fail O1' strandt (in dit voorbeeld het geval voor de meting links op 1000 Hz)
2. **Meting 'Onbetrouwbaar'** wordt aangevinkt wanneer het kind niet/moeilijk te conditioneren is: het begrijpt de opdracht niet, is onoplettend, snel afgeleid, luistert niet, toont geen medewerking.