

## Bijlage 2 Checklist voor het veilig bewaren van vaccins door het CLB

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste aandachtspunten om vaccins veilig te bewaren. Deze lijst overlopen helpt de Standaard Vaccinaties in uw CLB te implementeren en zo de bewaring van vaccins in uw CLB te verbeteren. Indien bij alle vragen 'ja' kan geantwoord worden, bewaart uw CLB de vaccins in overeenstemming met de Standaard Vaccinaties. We raden u aan de checklist bij het begin van elk schooljaar te overlopen en zo nodig (antwoord = neen) aanpassingen aan te brengen in de werking van uw CLB.

Ja	neen	
___	___	1. We hebben een vaccinatieteam aangesteld (zie 3.1.3).
___	___	2. We hebben een reservepersoon aangesteld die kan inspringen bij afwezigheid van leden van het vaccinatieteam.
___	___	3. We bewaren vaccins in een koelkast voor medische doeleinden of in een huishoudkoelkast mits de nodige aanpassingen.  Aanpassingen voor huishoudkoelkasten: ___ We plaatsen geen vaccins in de deur of groentelade. ___ We plaatsen isomo of flessen gevuld met zout water in de deur en groentelade. ___ Indien de koelkast een vriesvak heeft, schermen we dit af met een kunststofplaat. ___ We bewaren vaccins tegen MBR op het bovenste rek. ___ We ontdooien de koelkast regelmatig om ijsvorming te voorkomen.
___	___	4. We bewaren geen drank of voedsel in de koelkast of diepvries.
___	___	5. We beperken de vaccinvoorraad tot de hoeveelheid vaccins die nodig is voor maximum 1 maand.
___	___	6. We bewaren vaccins in het midden van de koelkast, op een afstand van de wand.
___	___	7. We bewaren vaccins volgens het FIFO-principe zodat de vaccins waarvan de vervaldatum het eerst bereikt wordt, het eerst worden gebruikt.
___	___	8. De temperatuurmonitoring in de koelkast gebeurt met een minimum/maximumthermometer of temperatuurlogger
___	___	9. We controleren en registreren de temperatuur minimaal op elke werkdag.
___	___	10. Het stopcontact van de koelkast is duidelijk beveiligd met een beveiligingstape of met een waarschuwingsbordje tegen het accidenteel uittrekken van de stekker.
___	___	11. We hebben geschreven richtlijnen in geval van een koudeketenincident.
___	___	12. We transporteren vaccins in een koelbox zonder koelelementen gedurende maximum 12 uur. De ongebruikte vaccins worden gemarkeerd en nadien volgens het FIFO-principe in de koelkast geplaatst.
___	___	13. Alle personeelsleden van het CLB zijn op de hoogte van de koudeketenrichtlijnen.